

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества
средств измерений



Средство измерений

Вычислители количества теплоты ВКТ-7
производства

ОАО УК «Холдинг «Теплоком», г. С-Петербург
аттестовано на Знак качества
средств измерений

на основании экспертной оценки следующих функциональных и
метрологических характеристик:

Пределы погрешности при измерении:

- количества теплоты $\pm (0,5+2/\Delta t)$, %
- количества теплоносителя ± 1 мл. р. показаний
- температуры $\pm 0,1$ °С
- разности температур $\pm (0,03+0,0006\Delta t)$, °С
- давления $\pm 0,25$ %
- времени $\pm 0,01$ %

Руководитель Экспертной комиссии,
Заместитель Генерального директора
ФБУ «Ростест-Москва»

Эксперт



А.С. Евдокимов

С.Н. Ненашев

РОСТЕСТ



МОСКВА