



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 65914

Срок действия до 02 мая 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Теплосчетчики ВИС.Т3

ИЗГОТОВИТЕЛИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО "ТЕПЛОВИЗОР"
(ООО "НПО "ТЕПЛОВИЗОР"), г. Москва;
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловизор Пром"
(ООО "Тепловизор Пром"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 67374-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ВАУМ.407312.114МП4

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ

1 год - для теплосчетчиков с погрешностью $\pm 0,2\%$; 6 лет - для остальных

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 02 мая 2017 г. № 897

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



"12" 05 2017 г.

Серия СИ

№ 029201